

仕 様 書

- 1 件 名 複合ガス検知器の購入
- 2 納入期限 令和7年12月12日
- 3 納入場所 草加市氷川町2118番地5 水道庁舎
- 4 支払方法 納入後一括払
- 5 仕様等

検知対象ガス	可燃性ガス (メタン)	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知範囲	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~500ppm
ガス採取方式	拡散式			
警報方式	ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅/振動			
警報ブザーの音圧	約95dB以上(30cmにて)			
電源	リチウムイオン充電電池			
連続使用時間	約25時間程度(25℃、無警報、無照明、満充電時)			
防爆構造	Ex ia IIC T4 Ga (本質安全防爆構造)			
外形寸法	W56~60mm程度×H63~67mm程度×D26mm			
質量	100g程度(本体のみ)			
使用温湿度範囲	-40~+60℃、95%RH以下			
保護等級	IP66/68相当			
機能	・LCDデジタル、バックライト付 ・ピーク値表示 ・校正お知らせ表示			
付属品	吸引ポンプユニット、浮子式ガス採集器(8m)			

- 6 発注数量 1台

7 その他

- (1) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (2) 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。
- (3) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例(平成19年条例第16号)第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年告示第155号)第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
 - ① 受注者及び受注者の下請業者が不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
 - ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
- (4) 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することができるよう努めること。
- (5) 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。

(6) 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等の変更によることなく、その内容を遵守すること。

8 問合せ先

草加市 上下水道部 水道施設課 浄水場係

電話048(924)3807(直通)